

LEARTIKER S.COOP. Laboratorio de Tecnología de Alimentos

Dirección: Xemein Etorbidea Nº 12; 48270 Markina-Xemein (Bizkaia)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **1205/LE2311**

Fecha de entrada en vigor: 10/06/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev.3 fecha 31/01/2020)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medios de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	KI04-EIMIK-A18 <i>Método interno basado en SALMA® One Day</i>
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	KI04-EIMIK-A17 <i>Método interno basado en ALOA® One Day</i>
	Recuento en placa de <i>Listeria monocytogenes</i>	KI04-EIMIK-A09 <i>Método interno basado en ALOA® Count</i>
	Recuento en placa (film) de aerobios a 30 °C	KI04-EIMIK-A01 <i>Método interno basado en 3M™ Petrifilm™ (AC) Aerobic Count Plate</i>
	Recuento en placa (film) de enterobacterias a 37 °C	KI04-EIMIK-A06 <i>Método interno basado en 3M™ Petrifilm™ (EB) Enterobacteriaceae Count Plate</i>
	Recuento en placa (film) de <i>Staphylococcus</i> coagulasa positivo	KI04-EIMIK-A08 <i>Método interno basado en 3M™ Petrifilm™ Staph Express System (STX)</i>
	Recuento en placa (film) de <i>E.coli</i> β -glucuronidasa positivo	KI04-EIMIK-A07 <i>Método interno basado en 3M™ Petrifilm™ select E.coli Count (SEC) Plate</i>
Carnes y derivados	Recuento en placa de <i>Campylobacter</i> spp	KI04-EIMIK-A13 <i>Método interno basado en CampyFood Agar method</i>

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Detección de <i>Salmonella spp.</i> por inmunofluorescencia (ELFA)	KI04-EIMIK-A11 <i>Método interno basado en Vidas® Up Salmonella (SPT)</i>
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> por inmunofluorescencia (ELFA)	KI04-EIMIK-A12 <i>Método interno basado en Vidas® Listeria monocytogenes Xpress (LMX)</i>
Queso	Detección de enterotoxina estafilocócica mediante inmunofluorescencia (ELFA)	UNE-EN ISO 19020

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.